



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/*Accredited conformity assessment body*

GIA LAB d.o.o.
Лабораторија за еталонирање
Нови Сад, Приморска 86

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Еталонирање резервоара непокретних хоризонталних цилиндричних за складиштење течних нафтних производа / *Calibration of fixed horizontal cylindrical tanks for storage of liquid petroleum products.*





АТС

Акредитациони број/
Accreditation No 02-080

Важи од/Valid from: 14.02.2022.

Заменаје Обим од / Replaces Scope dated:

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Могућност еталонирања и мерења (СМС)

Место еталонирања: на терену

Област еталонирања: запремина

Област еталонирања/ предмет еталонирања/ карактеристика или параметар	Опсег	Мерна несигурност ¹⁾	Метода еталонирања (референтни документ)
---	-------	---------------------------------	---

Е-20: Запремина

Резервоари непокретни хоризонтални цилиндрични за складиштење течних нафтних производа

	Називна запремина $1 \text{ m}^3 \leq V_n \leq 100 \text{ m}^3$	0,3 %	SRPS ISO 4269:2012
--	--	-------	--------------------

¹⁾Мерна несигурност је изражена као проширена мерна несигурност за фактор обухвата $k=2$ и вероватноћу покривања приближно 95%

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број 02-080
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 02-080

Акредитација важи до: 13.02.2026.
Accreditation expiry date: 13.02.2026.



в.д. ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићијевић